

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN
DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 1

ĐK04

Số 8 Đường Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
ĐT: (04)37567285 / Fax: (04)37564244
Website: www.smedec.gov.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

CERTIFICATE OF VERIFICATION

Số (N^o): M.485.17N

Tên phương tiện đo/Measuring instrument: **Cân kỹ thuật KD-TBED**

Kiểu/Type: Điện tử - Hiện số Số/Serial N^o: E607001175

Cơ sở sản xuất/Manufacturer: Đài Loan

Đặc trưng kỹ thuật/Technical characteristic:

- Mức cân lớn nhất: Max = 300 g
- Giá trị độ chia kiểm: $e = 2d = 0.02$ g; $d = 0.01$ g
- Mức cân nhỏ nhất: Min = 0.2 g
- Cân cấp chính xác: 2

Nơi sử dụng/place: 118 Hồng Bàng, P12, Quận 5, TP HCM

Đơn vị sử dụng/User: **Bệnh viện Truyền Máu Huyết Học**

Kiến nghị/recommendations


Phương pháp kiểm định/The method used: ĐLVN 16:2009

Kết luận/Conclusions: Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường

Tem kiểm định số/Verification stamp N^o: 14A-03306

Có giá trị đến/ Valid until: 31-03-2018

Kiểm định viên
Verifier



Lê Vinh An

(*) Với điều kiện tôn trọng các nguyên tắc sử dụng và bảo quản
(With respectfulness of conditions of use and maintenance)

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2017
(Date of issue)

GIÁM ĐỐC
Director



Nguyễn Trọng Lợi