

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN
DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 1

N 184

Số 8 Đường Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
ĐT: (04)37567285 / Fax: (04)37564244
Website: www.smedec.gov.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness



GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

CERTIFICATE OF VERIFICATION

Số(N°): M.596.19N

Tên phương tiện đo/ *Measuring instrument* : Cân kỹ thuật Số/Serial N°: 5719040410
Kiểu/Type : DS3002 Hình thức/form: Ban đầu
Cơ sở sản xuất/Manufacturer : DIGI
Đặc trưng kỹ thuật đo lường/Specifications :
- Mức cân lớn nhất : Max = 3000 g
- Giá trị độ chia kiểm : e = 0,1 g; d = 0,01 g
- Mức cân nhỏ nhất : Min = 2 g
- Cấp chính xác : 2
Nơi sử dụng/Place : Tầng M, Tòa nhà CJ số 2 Bis4-6, Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé,
Q.1, TP.HCM
Đơn vị sử dụng/User : Công ty TNHH thực phẩm CJ Minh Đạt
Phương pháp kiểm định/The method used : ĐLVN 16:2009
Kết luận/Conclusion : Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường
Số tem kiểm định/Verification stamp N° : 14A-09634
Thời hạn đến/Valid until : 30/04/2020

Hà Nội, Ngày 4 tháng 4 năm 2019

Date of issue

GIÁM ĐỐC

Director

Kiểm định viên

Verified by

Trương Văn Đặng



Nguyễn Trọng Lợi

(*) Với điều kiện tôn trọng các nguyên tắc sử dụng và bảo quản
(With respectfulness of conditions of use and maintenance)