

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 1

Địa chỉ: Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.37567285 / Fax: (043)7564244

GIẤY CHỨNG NHẬN THỬ NGHIỆM

(Testing Certificate)

Số (N^o): TN.114.16

Tên đối tượng (Object): Cân bàn điện tử

Kiểu (Type): TPS 60 A9

Nơi sản xuất (Manufacture): Công ty Cổ phần Cân điện tử Thịnh Phát

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (Specification):

Max:	60 kg	Kích thước (R x D):	(400 x 500) mm
Giá trị độ chia kiểm:	e = d = 0.01 kg	Vật liệu chế tạo:	Thép
Min:	0.2 kg	Cấp chính xác:	3
Bộ chỉ thị:	Ký hiệu: XK3190-A9 Do hãng Shanghai Yaohua Weighing System Co.,Ltd – Trung Quốc sản xuất; số lượng: 01 bộ		
Loadcells:	MAVIN ký hiệu: NA4 do hãng Hope Technologic (Xiamen) Co.Ltd Trung Quốc sản xuất; Số lượng: 01 bộ; capacity: 200 kg		
Mặt bàn:	inox dày 1 mm		

Cơ sở sử dụng (Customer): Công ty Cổ phần Cân điện tử Thịnh Phát

57 Đường D1, Phường 25, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

Phương pháp thực hiện (Method of testing): ĐLVN 100:2002

Kết quả (Results): Xem biên bản thử nghiệm số 114/BBTN-2016

KL. Trưởng phòng thí nghiệm
(Head of the calibration Laboratory)

Lê Danh Huy

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2016
(Date of issue)

GIÁM ĐỐC
Director



Nguyễn Trọng Lợi